



西26019 変更

2026年10月

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、測定試薬の変更に伴い検査内容を変更させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。

ご利用の先生方には何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 対象項目および変更日

【変更日】2027年4月1日(木)受付分より

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	検査案内掲載頁
0922	HCV抗体検診	報告範囲	0.1未満、 0.1～299.9、 300.0以上	0.1～83.9、 84.0以上	非掲載
		力価判定	低力価:1.0以上 10.0未満 中力価:10.0以上 200.0未満 高力価:200.0以上	低力価:1.0以上 5.0未満 中力価:5.0以上 50.0未満 高力価:50.0以上	
		報告書	2頁目を ご参照ください	2頁目を ご参照ください	

※新報告書は2027年4月1日(木)報告分から使用開始いたします。

以上

検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。TEL:075-631-6230



■ 現法との比較

評価検体: 検診検体(スクリーニング検体) 97例
既知検体 18例 計: 115例

・判定一致表

		現法	
		陰性	陽性
新法	陰性	97	0
	陽性	1	17

陽性・陰性一致率: 99.1% (114/115例)

・力価別一致表

		現法			
		陰性	低力価	中力価	高力価
新法	陰性	97	0	0	0
	低力価	1	4	1	0
	中力価	0	1	9	0
	高力価	0	0	1	1

力価判定一致率: 96.5% (111/115例)

● 現報告書

肝炎ウイルス検診報告書-Ⅳ

様

B型肝炎ウイルス検査

検査項目	測定値	基準値
HBs抗原 (eCLIA)		陰性 (-)

C型肝炎ウイルス検査

検査項目	測定値	基準値
HCV抗体検査		陰性 COI 1.0未満

検査項目	測定値	基準値
HCV核酸増幅検査		陰性 (-)

判定結果	判定理由

HCV抗体(Lumipulse)検査

判定結果	判定理由
高力価 50.0以上	「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定。
中力価 5.0~50.0未満	「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定。
低力価 1.0~5.0未満	「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い」と判定。
陰性	「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い」と判定。

HCV核酸増幅検査

判定結果	判定理由
陽性	「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定。
陰性	「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い」と判定。

● 新報告書

肝炎ウイルス検診報告書-Ⅳ

様

B型肝炎ウイルス検査

検査項目	測定値	基準値
HBs抗原検査		陰性 (-)

C型肝炎ウイルス検査

検査項目	測定値	基準値
HCV抗体検査		陰性 COI 1.0未満

検査項目	測定値	基準値
HCV核酸増幅検査		陰性 (-)

判定結果	判定理由

HCV抗体検査

判定結果	判定理由
高力価	「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定。
中力価	「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定。
低力価	「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い」と判定。
陰性	「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い」と判定。

HCV核酸増幅検査

判定結果	判定理由
陽性	「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定。
陰性	「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い」と判定。